

Príloha č. 3

➤ Stropné zdvíhacie zariadenie v izbách dospelých imobilných prijímateľov sociálnych služieb

<i>Technické vlastnosti</i>		<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Presne</i>
1. Stropné zdvíhacie zariadenie	ks			5
2. Nosnosť	kg	175	185	
3. Závesný prepravný vak	áno			
4. Indikátor vybitia batérie	áno			
5. Zvukový varovný signál vyžadujúci nutnosť výmeny batérie	áno			
6. Núdzové ovládanie	áno			
7. Ochrana proti pretočeniu povrazu	áno			
8. Pohon	elektrický			
9. Ovládanie	tlačidlové na ovládači			
10. Účel a rozsah použitia:				
	<ul style="list-style-type: none">• len na zdvih 1 prijímateľa (klienta zariadenia) v 1 izbe z postele a uloženie na invalidný vozík• <u>bez potreby vybavenia pre rehabilitáciu</u>• <u>bez využitia na kúpanie</u>			
11. Dĺžka koľajnicovej dráhy v izbe:	rozsah max. 7 m bez prehupu, inštalácia len v 1 miestnosti (izbe)			
12. Konštrukcia stavebných materiálov na ukotvenie koľajníc	– betón, tehla, panel			
13. Ukotvenie/Inštalácia zariadenia:	strop/bočné steny			
14. Je určený na presun/zdvíhanie bariatrických klientov:	nie			
15. Rozmery miestnosti:	od 5x6m do 6x6,5m			
16. Miesto dodania zariadenia (mesto/okres):				
	<ul style="list-style-type: none">• Michalovce (1ks)• Prakovce (2 ks) okres Gelnica			
	<ul style="list-style-type: none">• Kráľovce (1ks) okres Košice-okolie• Rakovec nad Ondavou (1 ks) okres Michalovce			