

Kovová hrazda s plastovou hrazdičkou	ks		10
Antidekubitný matrac Meditech Senior 1	ks		10
Rozmer jadra matraca	cm		200x86x12
Počet anatomických zón na každej strane matraca	zóna		5
Nepremokavosť poťahu (vodný stípec)	cm	200	
Paropriepustnosť poťahu	g/m2/24 h	800	
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika	
Štvordielna ložná plocha postele	z vyberateľných kovových mriežok		
Dvojitá autoregresia ložnej plochy znižujúca tlak na vnútorné orgány pri polohovaní	eliminujúca riziko vzniku dekubitov v panvovej oblasti		
Nevyberateľné "D" čelá	v dekore buk prírodný R5320		
Pevná masívna kovová konštrukcia postele	s celistvým rámom		
Celodrevené obloženie postele	drevené čelá, drevené bočnice po celej dĺžke, R5320		
Spustiteľné bočnice s dvojitou bezpečnostnou aretáciou	5 možných polôh postranníc		
Ručný patientský ovládač	s možnosťou mechanického uzamknutia funkcií		
Farba rámu strieborná	RAL 9006		
4 kolieska s brzdou (z toho jedno so smerovou aretáciou)	lôžko pojazdné pri akejkoľvek polohe ložnej plochy		
Posteľ spĺňajúca bezpečnostnú normu	STN EN 60601-2-52		
Integrované držiaky príslušenstva (hrazda, infuzný stojan...)	v rohoch postele		
Kovová hrazda s plastovou hrazdičkou	kompatibilná s posteľou Movita		
Matrac obojstranne profilovaný	na 5 anatomických zón		
Každá strana matraca má inú tvrdosť - obojstranný matrac	možnosť výberu tuhosti, otáčania a pretáčania		
Matrac klinicky testovaný na Slovensku	ako zdravotná pomôcka v zmysle platnej legislatívy		
Poťah nehorľavý modrý	Crib 5, Crib 7		
Lahko snímateľný poťah matraca	so zipsom "L" s ochranou proti pretečeniu		
Poťah matraca	antimikrobiálny, antialergický, nehorľavý		
Poťah matraca	umývateľný, prateľný		
Poťah matraca	dezinfikovateľný číidkami v koncentráciách pre zdravotníctvo		
Poťah matraca prateľný	do 95 st.C		
Poťah matraca sušiteľný v sušičke	do 120 st.C		
Poťah matraca	odolný voči účinkom krvi, moču		
Vybavenie nové	nepoužívané, nerepasované, nevystavované		

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa doložiť certifikát o klinickom testovaní matraca ako zdravotnej pomôcky v zmysle platnej slovenskej legislatívy do 5 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa do 5 dní hodín od uzavretia zmluvy doložiť certifikát dodávateľa vybavenia pre zdravotníctvo alebo ošetrovatelstvo
Požaduje sa do 5 dní od uzavretia zmluvy doložiť doklad o pridelení ochranej známky na matrace
Požaduje sa do 5 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát v slovenčine alebo úradnom preklade do slovenčiny o nehorľavosti poťahu, antibakteriálnych vlastnostiach poťahu, nepremokavosti a paropriepustnosti poťahu matraca