

## Príloha č. 2 - Štrukturovaný opis predmetu zákazky

Požadované parametre na uvedený druh predmetu zákazky	Parametre uchádzačom navrhovaného tovaru
Príkion: 0,92 KW	0,92 kW
Spotreba vody: cca 0,85 l	0,85 l
Čas dekontaminačného cyklu: od 90 do 120 sec.	90-120 sekúnd
Vonkajšie rozmery maximálne:	
Výška: 960 mm	960 mm
Dĺžka: 920 mm	920 mm
Šírka: 780 mm	780 mm
Váha: 130 kg	130 kg
Pracovný objem: 110 l	110 l
Pripojenie: el. pripojenie 230 V ;prívod studenej vody zakončený páčkovým ventilom ¾" s vonkajším závitom na pripojenie hadice, max. 6 bar, min. 1,5 bar	el. pripojenie 230 V ;prívod studenej vody zakončený páčkovým ventilom ¾" s vonkajším závitom na pripojenie hadice, max. 6 bar, min. 1,5 bar
Objem vreca: max 80 l	80 l
Hmotnosť náplne v priemere: max 10 kg	10 kg
Dekontaminačná jednotka: integrovaná	integrovaná
Kontrolný panel so signalizáciou chýb	áno
Objemová redukcia: zníženie objemu odpadu minimálne o 70%.	áno
Doprava a montáž tovaru.	áno
Zloženie tovaru.	áno
Zaškolenie pracovníkov.	áno
<i>Názov uchádzača</i>	ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
<i>IČO:</i>	36679607
<i>Dátum vypracovania:</i>	17.12.2021
<i>Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:</i>	