

## Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Košice 16.12.2019

Váš list č./zo dňa

Naša značka  
1219/2019

Vybavuje/tel.  
RNDr. Bertko /055/6221189

**Vec:**

Vyžiadanie ponuky – stanovenie PHZ a prieskum trhu podľa §6 a §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zabezpečenie dodania tovarov s názvom **Mikroskopy 2019 (38510000-3 Mikroskopy.)**

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky s názvom, **Mikroskopy 2019 (38510000-3 Mikroskopy)**, ktorú mienime zadať. Vaša ponuka je zároveň ponukou do súťaže na predmet zákazky, pokiaľ nebude prekročený finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.

S pozdravom

PhDr. Viera Rusinková  
riaditeľka školy

**Prílohy:**

- 1 x výzva
- 1 x Špecifikácia predmetu zákazky

Spis č.: 1219/2019

### **Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu**

v zmysle postupu verejného obstarávateľa podľa §6 a §117 zákona č. 343/2015  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: **Mikroskopy 2019 (38510000-3 Mikroskopy)**  
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky:

Druh a predpokladané množstvo je uvedený v prílohe.

Dodacia lehota – ihneď, najneskôr do 28.02.2019

K výzve ďalej uvádzame:

- 1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy.
- 1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke<sup>1)</sup> bez DPH a s DPH.
- 1.3 Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky nesmú presiahnuť sumu 1699€ s DPH.
- 1.4 Náš požadovaný termín dodania tovarov je: ihneď najneskôr 15.2.2019
- 1.5 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy.
- 1.6 Cenovú ponuku prosíme zaslať mailom na našu adresu [skola@szske.sk](mailto:skola@szske.sk) do: 20.12.2019 do 12.00 hod.
- 1.7 Zmluva (Objednávka) na dodávku tovaru bude podpísaná s uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov.
- 1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 20.12.2019
- 1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov nevybrať žiadneho uchádzača, resp. nepodpísať žiadnu zmluvu.
- 1.10 Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu školy

**Podmienky financovania:** Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom formou bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na základe faktúry s lehotou splatnosti 14 dní na základe priložených a potvrdených dodacích listov (preberacieho protokolu).

#### 1.11 **Hodnotenie ponúk:**

- na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ predloží objednávku (resp. podpíše s ním zmluvu)

Prílohy:

- podľa sprievodného listu

### **Technická špecifikácia biologického mikroskopu 15 ks**

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom
  - maximálne zväčšenie 1000x (so štandardnou výbavou)
  - štandardný širokouhlý okulár WF 10x
  - revolverová hlavica so štyrmi achromatickými objektívmi 4x, 10x, 40x, 100x (olejový)
  - hrubé a jemné doostrovanie
  - preklízový ochranný mechanizmus
  - krížový stolík s jemným posuvom v smere x, y
  - kondenzor s irisovou apertúrnou clonou a objímkou
  - halogénové osvetlenie 6V/20W
- rozsah dioptrického doostrovania +/- 5D

### **Mikroskop KAPA MIC 435 alebo kompatibilný (uviesť typ)**

#### **Digitálny mikroskop 1 ks**

Širokouhlý objektív EW 10X/20 mm  
Semi-planachromatický objektív 4X, 10X, 40X, 100X IOS (zaostrený na nekonečno)  
Abbeho kondenzor - NA 1.25 s filtrom a irisovou clonou  
Jemnomechanický X/Y stolík na dva preparáty 140x140/75x50  
Štvorkomorová revolverová hlavica  
Osvetlenie halogénovou žiarovkou s nastaviteľnou svetlosťou, 6V, 20W

#### **LCD**

2,5" rotačný LCD  
Foto s maximálnym rozlíšením 2048x1536  
Výstupy - USB, AV, S-video  
Zabudovaný 3 Mpix CMOS snímač  
32MB vnútornej pamäte  
Operačný softvér

Všetky uvedené požiadavky sú minimálne.

Návrh na plnenie kritérií:

Názov	Počet ks	Cena bez DPH / ks	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
<b>binokulárny biologický mikroskop podľa uvedenej špecifikácie Mikroskop KAPA MIC 435 alebo kompatibilný (uviest' typ)</b>	15			
<b>Digitálny mikroskop</b>  Kapa Mic 1000LCD alebo kompatibilný (uviest' typ)	1ks			
Cena spolu				